

型式・型番	ARVOsx	Varioskan LUX	Multiskan sky
測定	吸光、蛍光、発光		吸光
分光方式	フィルター方式	モノクロメーター方式	モノクロメーター方式
測定波長	フィルターに依存 (ALVOsxフィルター参照)	吸光：200－1,000nm 蛍光 励起：200－700nm 蛍光 検出：270－840nm	吸光：200－1,000nm
使用プレート	6-384 well		96、384 well
測定方向	上方のみ	上方：吸光、蛍光、発光 下方：蛍光	上方のみ
ウェル内点多測定	全測定モード可	蛍光のみ	なし
ディスペンサ	2系統 (5 – 250 μ l)	2系統 (5 – 5,000 μ l)	なし
温度制御	あり	あり	あり
注意事項	測定のみです。 自動解析はできません。	使用プレートにより、アダプターが異なります。 十分注意してください。	